



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

## Očekávané výsledky EHK série 892 - sérologie VZV

Očekávané výsledky z *Vyhlášení EHK-892 Sérologie Varicella - zoster viru*

### Vzorek 1

- plazma od dárce krve, VZV IgG méně než 100IU/L, VZV IgM negativní

### Vzorek 2

- sérum od pacienta s VZV primoinfekcí, 20. den od počátku výsevu

- VZV IgG pozitivní, nízkoavidní, VZV IgM pozitivní

### Výsledky NRL pro herpetické viry

	EIA VZV IgG	EIA VZV IgM	Avidita VZV IgG	NIF VZV IgG	NIF VZV IgM
<b>Vzorek 1</b>	46 IU/L negativní	negativní	nelze	1:10+/- hraniční	<1:10
<b>Vzorek 2</b>	3531 IU/L pozitivní	1,2 OD/CO pozitivní	34% nízkoavidní	>1:320 pozitivní	1:20 pozitivní