



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Očekávané výsledky opravného kola EHK série 870 - Sérologie viru Epstein-Baarové

vzorek 1-A:

poolovaný vzorek, séra primárně selektována jako anti EBNA IgG negativní, anti VCA IgM pozitivní, ostatní markery byly testovány až po slítí vzorku.

závěr: EBV primoinfekce.

vzorek 2-B:

plazma séronegativního dárce.

závěr: EBV séronegativní

vzorek 3-C:

plazma zdravého dárce, přítomny pouze anti EBNA IgG a anti VCA IgG.

závěr: anamnestické protilátky

Tabulka 1: Výsledky NRL pro herpetické viry

	1-A	1-B	1-C
EBNA IgG	negativní	negativní	pozitivní
EBNA IgM	pozitivní	Negativní	negativní
VCA IgG	pozitivní	Negativní	pozitivní
VCA avidita	nízká	nt	vysoká
VCA IgM	pozitivní	Negativní	negativní
VCA IgA	pozitivní	Negativní	negativní
EA IgG	pozitivní	Negativní	negativní



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV