



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Očekávané výsledky EHK-908 - Průkaz DNA Herpes simplex virů (HSV) a Varicella - zoster viru (VZV)

Očekávané výsledky z [Vyhlášení EHK 908 - Průkaz DNA Herpes simplex viru a Varicella - zoster viru](#)

Vzorky obsahovaly lyofilizovaný supernatant z tkáňové kultury lidských embryonálních fibroblastů (LEP) infikovaný laboratorními kmeny herpetických virů HSV1 (Praha), HSV 2 (601), VZV (OKA) a čerstvý izolát CMV (2.pasáž). Vzorek obsahoval vždy pouze 1 druh viru, vzorky byly lyofilizovány odděleně. Výsledky NRL jsou obsaženy v tabulce 1. Vyhodnocení kvantitativních testů bude obsaženo v závěrečné zprávě.

koordinátor série EHK 908

Tabulka 1: Výsledky NRL pro herpetické viry série 908

Označení	Obsažená DNA
EHK 1	negativní
EHK 2	HSV 2 silně pozitivní
EHK 3	VZV silně pozitivní
EHK 4	CMV pozitivní
EHK 5	HSV2 pozitivní
EHK 6	VZV pozitivní
EHK 7	HSV 1 silně pozitivní
nepovinný	HSV 1 pozitivní