



## Očekávané výsledky EHK-937 - Sérologie viru Varicella zoster

Očekávané výsledky z vyhlášené EHK-937 - Sérologie viru Varicella zoster

### vzorek 1

- defibrinovaná plazma od zdravého dárce krve,
- VZV IgG negativní, VZV IgM negativní

### vzorek 2

- defibrinovaná plazma od zdravého dárce krve s anamnestickými protilátkami proti VZV
- VZV IgG pozitivní, vysokoavidní, VZV IgM negativní

### nebodobaný vzorek

- defibrinovaná plazma od zdravého dárce krve s anamnestickými protilátkami proti VZV (identická se vzorkem 2) slítá se séry obsahujícími revmatoidní faktor bez určené třídy protilátek

### výsledky NRL pro herpetické viry

	EIA VZV IgG	EIA VZV IgM	Avidita VZV IgG	NIF VZV IgG	NIF VZV IgM
Vzorek 1	<10 IU/L negativní	negativní	nelze	<1:10	<1:10
Vzorek 2	403 IU/L pozitivní	negativní	77,6% vysokoavidní	1:80 pozitivní	<1:10
Nebodobaný vzorek	661 IU/L pozitivní	negativní	78,2% vysokoavidní	1:80 pozitivní	<1:10