



Očekávané výsledky EHK-953 - Průkaz DNA HSV, VZV

Vzorky byly připraveny ředěním suspenze sonikované tkáňové kultury lidských embryonálních fibroblastů, která byla infikována následujícími laboratorními virovými kmeny: HSV1 - kmen Praha, HSV2 - kmen 610, VZV - kmen OKA.

Jeden vzorek obsahoval vždy jen 1 kmen viru. Jako negativní kontrola byla použita neinfikovaná tkáňová kultura. Správné kvalitativní výsledky jsou uvedeny v tabulce, vyhodnocení kvantity bude provedeno na základě výsledků všech zúčastněných.

Všem děkuji za spolupráci a včasné zaslání výsledků.

S pozdravem

Klára Labská

koordinátor série 953

Tabulka: Očekávané výsledky série 953

označení	virus	ředění
EHK 1	VZV	1:50 000
EHK 2	HSV2	1:50 000
EHK 3	HSV1	1:50 000
EHK 4	neg	
EHK 5	VZV	1:1000
EHK 6	HSV2	1:1000
EHK 7	HSV1	1:1000