



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/35/2017, EHK – 965/2

## Identifikace Enterovirů

Vzorky obsahují potenciálně infekční lidské sérum/plazmu. Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli, včetně správné likvidace zbylých vzorků po obdržení vyhodnocení výsledků, vše dle platné legislativy ČR. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře. V případě zjištění poškozených vzorků při rozbalení zásilky, kontaktujte AP CEM.

Výsledky posílejte na přiloženém formuláři. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod.

Zásilka obsahuje simulované klinické vzorky s obsahem enterovirů k určení virového agens. Použijte rychlé metody průkazu virového antigenu (ELISA, IF, PCR) anebo klasické metody izolace viru s určením virového agens podle Vašich možností. Použité metody uveďte ve výsledcích spolu s názvem (firmou) použitých komerčních setů.. Zásilka obsahuje 3 vzorky.

Před testováním vzorky uchovávejte při teplotě vhodné pro skladování klinického materiálu (-18°C a nižší).

Vzorky byly připraveny kolektivem pracovníků virologických laboratoří Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ pod vedením MUDr. Petry Rainetové, tel. 267 082 333.

Žádáme naléhavě o dodržení termínu. V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu příslušné EHK neúčastnit, sdělte to neprodleně AP CEM, ať může danou sérii uzavřít a protokoly odevzdat k vyhodnocení.

**Výsledky odešlete na adresu AP CEM nejpozději do 11.4.2017.**

Výsledky NRL pro enteroviry budou uveřejněny 10 dní po uzavěrci kola na webových stránkách SZÚ v sekci Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro ... » Akreditační pracoviště CEM (AP CEM) » Externí hodnocení kvality (EHK) - výsledky » Očekávané výsledky EHK-965/2

MUDr. Barbora Macková  
ved. pracoviště 2 ESPT (APCEM)  
tel. 267 082 427  
email: apcem@szu.cz



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/35/2017, EHK – 965/2

### **Identifikace Enterovirů**

***Legendy k jednotlivým vzorkům:***

<b>1</b>	Chlapec, 8 let Virová meningitida Simulovaný klinický materiál: mok
<b>2</b>	Žena, 39 let Obrna lícního nervu Simulovaný klinický materiál: stolice
<b>3</b>	Muž, 52 let Virová střevní infekce Simulovaný klinický materiál: stolice