

Očekávané výsledky EHK 1037 Identifikace herpetických virů

Vzorky obsahovaly lyofilizovanou suspenzi infikované tkáňové kultury lidských embryonálních fibroblastů. Očekávané výsledky jsou uvedeny v tabulce.

Označení	HSV1	HSV2	CMV	VZV
EHK 1	+	Neg	Neg	Neg
EHK 2	Neg	+	Neg	Neg
EHK 3	Neg	Neg	Neg	+
EHK 4	Neg	Neg	+	Neg
EHK 5	Neg	Neg	Neg	Neg

použité kmeny:

HSV1 – izolát z pacienta

HSV2 – izolát z pacienta

VZV – kmen OKA

CMV – kmen AD 169

negativní kontrola – neinfikovaná tkáňová kultura LEP

MUDr. Klára Labská

koordinátor série 1037