



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2010
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/6/2020, EHK – 1114

Očekávané výsledky EHK série 1114 Sérologie viru Epstein – Barrové

označení	hodnocení	EBNA IgG	VCA IgG	VCA IgM	VCA IgG avidita	EA IgG
EHK Vzorek 1 - A	EBV primoinfekce*	-	+	+	šedá zóna	+
EHK Vzorek 2 - B	EBV séronegativní	-	-	-	nelze	-

Vzorek 1 bylo poolované lidské sérum. Pool byl vytvořen na základě anti EBNA IgG negativity a anti VCA IgM positivity, avidita anti VCA IgG byla stanovena až spoolování vzorku. Vzorek 2 byla defibrinovaná plazma zdravého dárce krve.

V Praze dne 30. 3. 2020
Vyhotovil: MUDr. K. Labská