



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/22/2020, série č. - 1132

Očekávané výsledky – Sérologie respiračních virů

Titr komplement fixačních protilátek

Vzorek	Influenza A	Influenza B	AV	RSV
	A/H1N1 A/H3N2			
1	8 - 16	< 8 - 8	8 - 16	8 - 16
	8 - 16			
2	8 - 16	< 8 - 8	64 - 128	8 - 16
	8 - 16			
3	< 8	< 8	< 8	< 8
	< 8			
4	128 - 256	< 8 - 8	8 - 16	8 - 16
	128 - 256			

Rozmezí titrů dle použitých komplement fixačních antigenů (SZÚ, Vidia, Virion).

Vyhotovila: MUDr. Limberková

Dne: 9. 6. 2020