



Státní zdravotní ústav

Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti

Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA



podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2010

Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/4-2/2020, EHK - 1146

## Sérologie toxoplasmózy - očekávané výsledky

Vzorek	Kvalitativní výsledky sérologických testů						Slovní hodnocení	
	Celkové protilátky	IgG	IgA	IgM	IgE	Avidita IgG	Interpretace I	Interpretace II
A	N	N	N	N	N	-	N	N
B	N	N	N	N	N	-	N	N
C	P	P	N	N	N	V	S	L
D	P	P	N	N	N	V	S	L
E	P	P	N	P	N	V	S, PA	L

### Vysvětlivky:

#### Kvalitativní výsledky sérologických testů

**N**: negativní  
**H**: hraniční  
**P**: pozitivní

#### Avidita IgG

**V**: vysoká  
**H**: hraniční=střední  
**I**: nízká

#### Slovní hodnocení

##### Interpretace I

**N**: Negativní, neobsahující antitoxoplasmické protilátky.  
**S**: Séropozitivní, antitoxoplasmické protilátky přetrvávající po toxoplasmóze prodělané před delším časem.  
**A**: Probíhající akutní toxoplasmóza je pravděpodobná  
**PA**: Postakutní toxoplasmóza – hladiny protilátek ještě nestačily zcela poklesnout po již prodělané akutní fázi.

## Interpretace II

- N:** Negativní, momentálně bez infekce *Toxoplasma gondii*.
- K:** Klinické příznaky pacienta mohou souviset s toxoplazmózou.
- L:** Latentní toxoplazmóza. Případné klinické příznaky pacienta nejspíše s toxoplazmózou nesouvisí.
- G+:** Primoinfekce v graviditě s rizikem infekce plodu je možná.
- G-:** Primoinfekce v graviditě nepravděpodobná, gravidita nejspíše není toxoplazmózou ohrožena.
- O+:** Případné změny na očním pozadí mohou souviset s toxoplazmózou.
- O-:** Souvislost případných změn na očním pozadí s toxoplazmózou je nepravděpodobná.

22. 10. 2020

Vyhotovil: Koordinátor RNDr. Petr Kodým, CSc.