



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/16/2022, EHK 1266

Očekávané výsledky: **Fenotypové stanovení citlivosti u MTB**

<b>Vzorek</b>	<b>INH</b>	<b>STM</b>	<b>PZA</b>	<b>EMB</b>	<b>RIF</b>
<b>A</b>	R	C	C	C	C
<b>B</b>	C	C	C	C	C
<b>C</b>	C	C	R	C	C
<b>D</b>	C	C	C	C	C
<b>E</b>	R	C	C	C	C

Vzorky byly individuálně kódované, takže vzorek A nemusí odpovídat vzorku č. 1 na štítku zkumavky.

V Praze dne 24. 6. 2022  
Vypracoval: Ing. Dvořáková, Ph.D.