



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/17-1/2022, EHK 1268

Očekávané výsledky: sérologie HBV - markery

MARKER	VZOREK				
	A	B	C	D	E
HBsAg	-	+	-	-	-
Anti-HBc total	-	+	-	-	-
Anti-HBc IgM	-	-	-	-	-
HBeAg	-	-	-	-	-
Anti-HBe	-	+	-	-	-
Anti-HBs	-	-	-	+	+

Vzorky jsou individuálně kódovány, takže písmeno A v tabulce nemusí odpovídat číslu 1 na štítku zkumavky.

V Praze dne 12. 5. 2022
Vypracoval: Mgr. Fritz