

EHK – 725 Sérologie HAV

(PT#M/18-2/2011)

Pavel Fritz**Datum odeslání vzorků:** 18. 10. 2011**Termín pro ukončení testování:** 15. 11. 2011**Počet účastníků:** 94**Počet vzorků:** 3**Vyšetřované markery:** anti-HAV total (IgG), anti-HAV IgM**Způsob hodnocení**

Oba diagnostické markery jsou hodnoceny společně, přičemž každý chybný výsledek znamená pro účastníka hodnocení „laboratoř neuspěla“. Výjimku lze udělat v případech, kdy je zjevné, že chyby vznikly pouhým „překlepem“ při zadávání některé z položek do elektronického formuláře, nebo byly zapříčiněny vlastnostmi použitého testu, které uživatel nemohl ovlivnit.

Celkové výsledky

Série EHK-725 se zúčastnilo celkem 94 laboratoří, z nichž 90 testovalo oba markery a 4 pouze marker anti-HAV IgM.

Tabulka 1: SPRÁVNÉ VÝSLEDKY

vzorek	anti-HAV celkové	anti-HAV IgM
A	–	–
B	–	–
C	+	–

Chyby, vedoucí ke ztrátě bodů, byly zaznamenány u dvou pracovišť, z nichž jedno vykázalo falešnou reaktivitu anti-HAV IgM u vzorku A, zatímco druhé vykázalo dvě falešné reaktivity a jednu falešnou negativitu anti-HAV total u všech tří testovaných vzorků (v tomto případě se však nejednalo o laboratorní chyby, nýbrž o přiřazení opačných závěrů ke správným číselným hodnotám).

*Mgr. Pavel Fritz
NRL pro virové hepatitidy
SZÚ-CEM*