

EHK – 747 Sérologie HAV

Pavel Fritz

Datum odeslání vzorků: 10. 4. 2012

Termín pro ukončení testování: 2. 5. 2012

Počet účastníků: 127

Počet vzorků: 3

Vyšetřované markery: anti-HAV total (IgG), anti-HAV IgM

Způsob hodnocení

Oba diagnostické markery jsou hodnoceny společně, přičemž každý chybný výsledek znamená pro účastníka hodnocení „laboratoř neuspěla“. Výjimku lze udělat v případech, kdy je zjevné, že chyby vznikly pouhým „překlepem“ při zadávání některé z položek do elektronického formuláře, nebo byly zapříčiněny vlastnostmi použitého testu, které uživatel nemohl ovlivnit.

Tabulka 1: SPRÁVNÉ VÝSLEDKY

Vzorek	anti-HAV celkové	anti-HAV IgM
A	–	–
B	+	–
C	–	–

Celkové výsledky

Série EHK – 747 se zúčastnilo celkem 127 laboratoří, z nichž 119 testovalo oba markery, 7 pouze marker anti-HAV IgM a 1 pouze marker anti-HAV total. Neshodné výsledky byly zaznamenány pouze u jediného pracoviště, které u markeru anti-HAV total vykázalo jednu falešnou pozitivitu (vzorek C) a jednu falešnou negativitu (vzorek B). Je pravděpodobné, že příčinou byla záměna vzorků nebo výsledků.

*Mgr. Pavel Fritz
NRL pro virové hepatitidy
SZÚ-CEM*