

EHK – 822 Sérologie *Streptococcus pyogenes* – latexaglutinační metoda**Jana Kozáková**

11. 2. 2014 byly rozeslány vzorky 70 laboratořím. Ke dni 4. 3. 2014 obdrželo pracoviště AP CEM výsledky 70 laboratoří, 1 laboratoř (lab. 64) hodnotila neutralizační metodou (vyřazení ze série EHK–822).

Každé laboratoři byly zaslány čtyři zakódované vzorky sér.

Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce:

	Kód laboratoře	Název soupravy	Body
1	2	Orion diagnostic	8
2	8	Orion diagnostic	7
3	13	?	8
4	18	Siemens	8
5	26	Roche	8
6	31	Orion diagnostic	8
7	32	Orion diagnostic	7
8	51	Roche	8
9	53	Orion diagnostic	7
10	88	?	3
11	92	?	8
12	96	Siemens	8
13	115	Orion diagnostic	8
14	117	Beckman	7
15	181	Beckman	7
16	213	?	7
17	214	Beckman	7
18	227	Abbott	8
19	230	Beckman	7
20	315	Roche	7
21	362	Roche	8
22	383	Sentinel	8
23	390	Beckman	8
24	396	?	8
25	399	Siemens	8
26	407	?	8
27	412	?	7
28	419	Roche	8
29	424	Roche	8
30	429	Roche	7
31	435	Biovendör	8
32	442	Roche	8
33	445	Roche	8
34	459	Sentinel	8
35	551	Roche	8
36	552	?	7
37	564	Beckman	8
38	566	Biosystems	8
39	569	Beckman	8
40	598	Biosystems	7
41	602	Dialab	8

	Kód laboratoře	Název soupravy	Body
42	605	Siemens	8
43	609	Siemens	8
44	622	?	7
45	625	Roche	8
46	630	Biosystems	8
47	633	?	7
48	634	Beckman	6
49	639	Roche	8
50	643	Roche	8
51	644	Roche	8
52	645	Beckman	8
53	648	Beckman	6
54	691	NRL	8
55	703	Roche	8
56	716	Beckman	7
57	718	Siemens	8
58	720	Roche	8
59	735	Beckman	6
60	738	?	8
61	751	?	8
62	755	Roche	8
63	759	Beckman	8
64	761	Siemens	8
65	763	Beckman	8
66	766	Biosystems	7
67	768	LTA s.r.i. ?	6
68	787	Beckman	6
69	791	Sentinel	8

Prosíme laboratoře, které nevyplnily používanou soupravu, aby tento údaj doplnily do NRL! (Laboratoře: 13, 88, 92, 213, 396, 407, 412, 552, 622, 633, 738, 751.)

Bodové ohodnocení

Body	8	7	6	5–0
Počet lab.	46	17	5	1

Celkem laboratoří	69
Splnilo požadavky EHK	68
Nesplnilo požadavky EHK	1

Na žádost uvádíme nejvyšší a nejnižší hodnoty výsledných títů ASO zaslaných vzorků, určených jednotlivými soupravami. Využití souprav u regionálních laboratoří je velice různorodé. Uvádíme jen soupravy s největším zastoupením v laboratořích.

Titry ASO získané v regionálních laboratořích různými soupravami

SOUPRAVA	VZOREK A	VZOREK B	VZOREK C	VZOREK D	POČET LAB.
NRL	89	184	520	335	
Beckman	44 - 90	95 - 194	310 - 600	195 - 387	15
Roche	80 - 96	176 - 203	475 - 592	363 - 425	17
Orion diag.	50 - 231	189 - 314	467 - 575	267 - 427	6
Siemens	76 - 102	161 - 189	497 - 553	325 - 375	7

*MUDr. Jana Kozáková
NRL pro streptokokové nákazy*