

EHK – 854 Sérologie *Streptococcus pyogenes* – neutralizační metoda

Jana Kozáková

23. 9. 2014 byly rozeslány vzorky 25 laboratořím. Ke dni 21. 10. 2014 obdrželo pracoviště AP CEM výsledky 24 laboratoří. Dvě laboratoře nelze hodnotit pro použití nevhodné soupravy – (souprava na LA metodu) a 1 laboratoř nevrátila výsledky z důvodu, že tuto metodu neprovádí.

Každé laboratoři byly zaslány čtyři zakódované vzorky sér.

ASO protilátku stanovilo 22 laboratoří reagensii firmy ITEST plus, s.r.o.

	Vzorek A	Vzorek B	Vzorek C	Vzorek D	Počet lab.
NRL	337	506	405	150	22

Výsledky jsou uvedeny v tabulce

	Kód laboratoře	Název soupravy	Body
1	11	ITEST plus, s.r.o.	6
2	23	ITEST plus, s.r.o.	7
3	39	ITEST plus, s.r.o.	8
4	65	ITEST plus, s.r.o.	7
5	70	ITEST plus, s.r.o.	5
6	71	ITEST plus, s.r.o.	8
7	118	ITEST plus, s.r.o.	7
8	156	ITEST plus, s.r.o.	7
9	158	ITEST plus, s.r.o.	7
10	179	ITEST plus, s.r.o.	7

	Kód laboratoře	Název soupravy	Body
11	184	ITEST plus, s.r.o.	8
12	192	ITEST plus, s.r.o.	7
13	207	ITEST plus, s.r.o.	8
14	228	ITEST plus, s.r.o.	8
15	290	ITEST plus, s.r.o.	7
16	333	ITEST plus, s.r.o.	7
17	388	ITEST plus, s.r.o.	8
18	413	ITEST plus, s.r.o.	8
19	456	ITEST plus, s.r.o.	8
20	460	ITEST plus, s.r.o.	8
21	584	ITEST plus, s.r.o.	8
22	691	ITEST plus, s.r.o.	8

Bodové ohodnocení

Body	8	7	6	5
Počet lab.	11	9	1	1

Celkem laboratoří	22
Splnilo požadavky EHK	21
Nesplnilo požadavky EHK	1

MUDr. Jana Kozáková
NRL pro streptokokové nákazy