

EHK – 882 Sérologie HAV

Pavel Fritz

Datum odeslání vzorků: 7. 4. 2015

Termín pro ukončení testování: 7. 5. 2015

Počet účastníků: 128

Počet vzorků: 3

Vyšetřované markery: anti-HAV total (IgG), anti-HAV IgM

Způsob hodnocení: Oba diagnostické markery jsou hodnoceny společně, přičemž každý chybný výsledek zname-

ná pro účastníka hodnocení „laboratoř neuspěla“. Výjimku lze udělat v případech, kdy je zjevné, že chyby vznikly pouhým „překlepem“ při zadávání některé z položek do elektronického formuláře, nebo byly zapříčiněny vlastnostmi použitého testu, které uživatel nemohl ovlivnit.

Výsledky laboratoří

Série EHK–882 se účastnilo celkem 128 laboratoří, z nichž 6 testovalo pouze anti-HAV IgM, 1 pouze anti-HAV total a 121 oba markery. Žádné pracoviště nevykázalo chybný výsledek.

*Mgr. Pavel Fritz
NRL pro virové hepatitidy
SZÚ-CEM*

Tabulka 1: SPRÁVNÉ VÝSLEDKY

vzorek	anti-HAV celkové	anti-HAV IgM
A	-	-
B	+	-
C	+	+