

Pavel Fritz

Datum odeslání vzorků: 16. 10. 2018

Termín pro ukončení testování: 6. 11. 2018

Počet účastníků: 110

Počet vzorků: 3

Vyšetřované markery: anti-HAV total (IgG), anti-HAV IgM

ZPŮSOB HODNOCENÍ

Oba diagnostické markery jsou hodnoceny společně, přičemž každý chybný výsledek znamená pro účastníka hodnocení „laboratoř neuspěla“. Výjimku lze udělat v případech,

kdy je zjevné, že chyby vznikly pouhým „překlepem“ při zadávání některé z položek do elektronického formuláře, nebo byly zapříčiněny vlastnostmi použitého testu, které uživatel nemohl ovlivnit.

VÝSLEDKY ZÚČASTNĚNÝCH LABORATOŘÍ

Série EHK-1041 se účastnilo celkem 110 laboratoří, z nichž 2 testovaly pouze anti-HAV IgM, 1 pouze anti-HAV total a 107 oba markery. Neshodný výsledek nezaznamenala žádná laboratoř, opět se však vyskytly jisté nedostatky formálního či administrativního charakteru.

Tab. 1: Správné výsledky

VZOREK	anti-HAV celkové	anti-HAV IgM
A	+	–
B	–	–
C	–	–
Anti-HBs	–	–

Mgr. Pavel Fritz
NRL pro virové hepatitidy
SZÚ–CEM