

EHK – 1073 Sérologie HAV

(PT#M/18-1/2019)

Pavel Fritz

Datum odeslání vzorků: 9. 4. 2019

Termín pro ukončení testování: 30. 4. 2019

Počet účastníků: 131

Počet vzorků: 3

Vyšetřované markery: anti-HAV total (IgG), anti-HAV IgM

ZPŮSOB HODNOCENÍ

Oba diagnostické markery jsou hodnoceny společně, přičemž každý chybný výsledek znamená pro účastníka hodnocení „laboratoř neuspěla“. Výjimku lze udělat v případech, kdy je zjevné, že chyby vznikly pouhým „překlepem“

Tabulka 1: Správné výsledky

Vzorek	anti-HAV celkové	anti-HAV IgM
A	–	–
B	+	–
C	+	–

při zadávání některé z položek do elektronického formuláře, nebo byly zapříčiněny vlastnostmi použitého testu, které uživatel nemohl ovlivnit.

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ

Série EHK–1073 se účastnilo celkem 131 laboratoří, z nichž 2 testovaly pouze anti-HAV IgM, 1 pouze anti-HAV total a 128 oba markery. Neshodný výsledek nezaznamenala žádná laboratoř, opět se však vyskytly nedostatky administrativního charakteru. Nejzávažnějším byl případ laboratoře, která zanesla výsledky vyšetření anti-HAV IgG do kolonek pro anti-HAV IgM a naopak. V rámci jeho posuzování si hodnotitel vyžádal kopie originálních laboratorních protokolů a ponechal hodnocení „uspěla“.

Mgr. Pavel Fritz
NRL pro virové hepatitidy
SZÚ–CEM