

**Petra Rainetová**

## HODNOCENÍ

Hodnoceno bylo 13 laboratoří, z nichž všech 13 vyšetřilo všechny vzorky.

Každý vzorek byl hodnocen v rozmezí 0–2 body, maximální počet bodů byl 6.

Všechny laboratoře získaly maximální počet bodů.

Pokud v dané skupině nebyl dostatečný počet účastníků pro výpočet limitu za pomoci směrodatné odchylky, byl limit stanoven procentuálně (75 % bodového maxima).

**Tab. 1: Očekávaný výsledek a souhrn zaslaných výsledků**

vzorek	virové agens	shoda	neshoda*)	nevyšetřeno
1	Enterovirus (CVB1)	13	0	0
2	Enterovirus (CVB3)	13	0	0
3	Negativní	13	0	0

**Tab. 2: Bodové hodnocení jednotlivých pracovišť**

Kód laboratoře	Vzorek 1	Vzorek 2	Vzorek 3	Body
759	2	2	2	6 / 6
595	2	2	2	6 / 6
333	2	2	2	6 / 6
369	2	2	2	6 / 6
365	2	2	2	6 / 6
344	2	2	2	6 / 6
211	2	2	2	6 / 6
115	2	2	2	6 / 6
332	2	2	2	6 / 6
20	2	2	2	6 / 6
28	2	2	2	6 / 6
51	2	2	2	6 / 6
65	2	2	2	6 / 6
Očekávaný výsledek	Enterovirus CVB1	Enterovirus CVB3	Negativní	

**Tab. 3. Bodové hodnocení a stanovení limitu**

Počet vyšetřených vzorků	3 max. bodů 6	
Získané body	6	
Počet laboratoří	13	
Aritmetický průměr	6	
Směrodatná odchylka		
2 směrodat. odchylky		
Limit	6 (100 %)	

**Tab.4: Přehled použitých metod**

Kód laboratoře	Enteroviry		
	Rychlý průkaz	PCR	Izolace na TK
332	-	+	-
759	-	+	-
595	-	+	-
333	-	+	-
369	-	+	-
365	-	-	+
344	-	-	+
211	-	+	-
115	-	+	-
20	-	-	+
28	-	+	+
51	-	+	-
65	-	+	-

## ZÁVĚR

Všechny laboratoře dosáhly limitního počtu 6 bodů a byly 100% úspěšné.

Všechna hodnocená pracoviště dosáhla požadovaného počtu bodů a úspěšně absolvovala PT# M/35/2020 (č. 1121).

**Koordinátor:**

*MUDr. Radomíra Limberková*

*Tel: 267 082 412*

**Zprávu vypracovala:**

*MUDr. Petra Rainetová*