



Vztažné hodnoty pro PT#V/9/2019 Stanovení microcystinů

Microcystiny v pitné vodě					
ukazatel	jednotka	vztažná hodnota	minimální hodnota	maximální hodnota	toleranční meze ^a [%]
MC-LR	µg/l	2,13	1,38	2,88	±35
MC-RR	µg/l	1,09	0,71	1,47	±35
MC-YR	µg/l	0,33	0,21	0,45	±35
Suma MC	µg/l	3,36	2,18	4,54	±35
Microcystiny v biomase					
ukazatel	jednotka	vztažná hodnota	minimální hodnota	maximální hodnota	toleranční meze ^a [%]
MC-LR	µg/l	432	281	583	±35
MC-RR	µg/l	601	391	811	±35
MC-YR	µg/l	121	79	163	±35
Suma MC	µg/l	1258	818	1698	±35

Poznámky:

^a toleranční mez v % a odpovídající minimální a maximální hodnota udávají rozmezí hodnot pro udělení certifikátu, tj. z-skore = <-2 ; 2>.