

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 29. 10. 2021

NAŠE ZN.: SZU/13139/2021

VYŘIZUJE:

TEL./FAX.:

E-MAIL:

DATUM:

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

VATZU IMTOVARUS IMTATZ

Státní zdravotní ústav obdržel dne 29. října 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které žádáte o následující informace, ke kterým zasíláme níže uvedené odpovědi:

1. jsou tyto multiplexní soupravy používány všeobecně v rámci ČR, nebo jen na vybraných pracovištích?

Jen na vybraných pracovištích.

2. pokud nejsou používány všeobecně, tam kde používány nejsou, umí použité soupravy rozlišit mezi virem SARS-CoV-2 a virem chřipky?

Většina laboratoří používá pouze soupravy detekující SARS-CoV-2, v případě incidence chřipky v Evropě není problém koupit certifikované testy určující v jedné reakci chřipku a SARS-Cov-2. V současné době kromě SARS-CoV--2 jsou nejčastěji detekované respirační viry RSV a lidský rhinovirus.

3. Pokud je použita souprava, která neumí rozlišit mezi virem chřipky a SARS-CoV-2, je toto indikováno na výsledku testu?

Dle akreditačních požadavků musí být uvedeno, jaká metoda je použita.


4. Proč laboratoře neuvádí na výsledku testu ani název testovací sady, ani jejího výrobce?

Na výsledkovém protokole by měla být metoda, ta nutně nezahrnuje uvedení výrobce, to je až v podrobném popisu metody.

5. Proč zveřejněné výsledky PCR testu neobsahují informaci o počtu CT?

Protože počty Ct jsou relativní čísla a nevyjadřují přesnou kvantitu, laboratoř by musely převést hodnotu CT na počet kopií vRNA. Toto číslo u nekvantifikovatelného vstupního materiálu postrádá smysl.

S pozdravem



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
 Šrobárova 48
100 42 Praha 10
IČ 75010330, tel.: +420267082295